

Wallaby   
warmer

LifeKit by **MTTS**



# WALLABY

Một thiết bị ngăn ngừa và điều trị hiệu quả tình trạng hạ thân nhiệt



## I. Tổng quan

- Nhiệt độ được điều chỉnh từ xa nhờ các cảm biến thông minh, bảo vệ bệnh nhân hoàn toàn khỏi tình trạng quá nhiệt nếu cảm biến tiêu chuẩn bị ngắt hoặc lỗi
- Giường có thể điều chỉnh góc Trendelenburg/ revTrendelenburg trong khoảng  $\pm 12^\circ$
- Máng nhiệt có thể xoay  $180^\circ$ , phù hợp với quá trình chụp X-quang
- Khay đựng phim thấu quang tích hợp giúp bác sĩ có thể chụp X-quang ngay tại giường mà không cần di chuyển bệnh nhân

## II. Mô tả chi tiết

### 1. Cảm biến đo nhiệt độ bệnh nhân

- Cảm biến qua da tái sử dụng nhiều lần kiểu băng dán
- Phạm vi nhiệt độ từ - 40 đến  $125^\circ\text{C}$ .
- Độ chính xác:  $\pm 0,1^\circ\text{C}$  trong phạm vi - 40 đến  $125^\circ\text{C}$

### 2. Màn hình hiển thị chỉ số

- Màn hình LCD sáng rõ giúp theo dõi nhiệt độ bệnh nhân, thời gian điều trị, tổng thời gian sử dụng của hệ thống (tuổi thọ), mức công suất của thanh sưởi, chỉ số điện áp, trạng thái kết nối của cảm biến và các thông tin cảnh báo
- Bộ cảnh báo thời gian APGAR

### 3. An toàn

- Cảnh báo lỗi thanh sưởi
- Cảnh báo lỗi cảm biến
- Cảnh báo lỗi nguồn điện
- Cảnh báo cảm biến không được nối với bệnh nhân

## III. Phần chọn thêm

### 1. Ngăn kéo

- Thép tấm sơn tĩnh điện

### 2. Giá đựng bình oxy

- Thép tấm sơn tĩnh điện có bánh xe

### 3. Kẹp bệnh án

- Phíp đồng phủ sơn, thép mạ crom, nhôm

### 4. Cột truyền dịch

- Cột tròn inox 304  $\Phi 22$

### 5. Mũ sơ sinh

- Chất liệu vải cotton mềm co giãn



## Kích thước và trọng lượng

Kích thước toàn bộ hệ thống	90 cm x 91 cm x 175 cm
Kích thước đóng thùng	38 cm x 122 cm x 82 cm
Trọng lượng thực	64 kg
Trọng lượng vận chuyển	76 kg

## Thông số kỹ thuật hoạt động

Ứng dụng	Điều trị và ngăn chặn hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhi
Thanh sưởi	Trờ sứ loại bức xạ nhiệt Công suất 450 W
Thông tin đèn	04 bóng LED công suất cao Công suất 3W

## Nhiệt độ

Nhiệt độ hoạt động	$19.0^\circ\text{C}$ đến $40.0^\circ\text{C}$
Nhiệt độ cài đặt cho bệnh nhân	$34.0^\circ\text{C}$ đến $37.5^\circ\text{C}$

## Yêu cầu khác

Yêu cầu về nguồn điện	Điện áp: 220V AC 10% Tần số 47 - 63 Hz Công suất cực đại 650 W
-----------------------	--

Yêu cầu về chứng nhận	ISO 13485: 2016 EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-2:2007/AC2010 EN 60601-6:2010 IEC 60601 1-2-21:2003 Chứng nhận CE lưu hành tự do tại thị trường Châu Âu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế tại Việt Nam của Bộ Y tế Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
-----------------------	--

## Thông tin đặt hàng và dịch vụ

### CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG CHÍNH	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG
Giường sưởi	WLB-1000	01

### PHỤ TÙNG

Cảm biến da (loại băng)	WLB-1011	02
Băng dính dán cảm biến	WLB-1013	100
Đệm	WLB-1020	01
Kệ	WLB-1040	02
Móc truyền dịch		01
Bánh xe		04
Mica thành giường (dài)		02
Mica thành giường (ngắn)		02
Khay đựng phim X-quang		01
Dây nguồn		01
Hướng dẫn sử dụng		01

### BẢO HÀNH

Bảo hành tiêu chuẩn 1 năm theo chính sách của MTTTS

# MTTTS

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

☎ 024 3766 6521  
091 438 9990

📍 Số 26 ngõ 41 đường An Dương Vương  
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ  
Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối