

MTTS

Colibri

phototherapy



Manuel utilisateur

Dispositif médical: Photothérapie infantile pour le traitement de l'ictère
Nom commercial: Photothérapie Colibri
Modèle / Type: Colibri - V1

Date d'entrée en vigueur: janvier 2021
Numéro: 01 Version: 06 FR
Date d'émission: janvier 2021

www.mtts-asia.com

CE 2265

 **MTTS**

Contenu

Informations sur la société	04
Introduction	05
Description de l'appareil	06
Avertissements	08
Montage de la photothérapie	09
Utiliser la photothérapie	12
Information de sécurité	15
Nettoyage et désinfection	17
Mesure d'irradiance	18
Caractéristiques	20
Explication des symboles	21
Politique de garantie	22



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
Maison n ° 26, ruelle 41, rue An Duong Vuong, district de Tay Ho, ville de Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3766 6521
Fax: +84 24 3718 8050
Email: assistance@mtts-asia.com
www.mtts-asia.com

PROMETEO SRL
Via Mantova 9
38122 Trento
Italie



La photothérapie est l'une des méthodes les plus simples et les plus sûres pour traiter la jaunisse dans les soins intensifs néonataux. La jaunisse non traitée entraîne un taux excessif de bilirubine dans le sang, pouvant entraîner des lésions cérébrales ou la mort.

Que fait la photothérapie?

Réduit le niveau de bilirubine dans le sang grâce à:
Photo-oxydation
Isomérisation de configuration
Isomérisation structurale

La photothérapie commence le traitement médical immédiatement après son activation.

Il émet très peu de chaleur en raison de la source de lumière LED, donc ne provoque pas déshydratation.

Photothérapie avec Colibri

Colibri Phototherapy vous permet de fournir une photothérapie à haute intensité pour traiter cette condition potentiellement dangereuse.


Description de l'appareil

Vue d'ensemble



Description de l'appareil

Panneau de configuration



1	Bouton On/Off	Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver l'affichage et les fonctions de Colibri
2	Bouton de mode de thérapie	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes de traitement standard et intensif
3	Ecran	Affiche le mode de traitement et la durée du traitement

Avertissements

-  Utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température ambiante spécifiée (10-35 ° C) ou une plage d'humidité (0-90% HR) peuvent compromettre les performances.
-  N'utilisez pas l'appareil si l'un des composants semble être endommagé ou cassé. Les composants endommagés ou cassés doivent être jetés et remplacés.
-  Ne placez pas l'appareil dans un endroit où sa ventilation est compromise.
-  Ne couvrez pas l'appareil avec des couvertures pendant le fonctionnement.
-  La présence de dispositifs électrochirurgicaux, d'équipements à ondes courtes ou à micro-ondes à proximité de ce dispositif peut entraîner des interférences électriques affectant négativement le fonctionnement de ce dernier.
-  Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant.
-  **Avertissement relatif à la durée de vie des voyants:** les voyants bleus de Colibri Phototherapy sont conçus pour fournir un traitement efficace pendant 60 000 heures.



Si la photothérapie Colibri a été utilisée pendant plus de 60 000 heures, après en allumant, le "nombre total d'appareils" sera affiché pendant 3 secondes, suivi du message 'Erreur 4'. Le message d'erreur continuera à apparaître toutes les secondes pendant le traitement.



Remarque: La durée de vie estimée à 60 000 heures équivaut à 7 années complètes d'utilisation non-stop. Après cette période, les lampes de photothérapie à LED continueront de fonctionner, mais le traitement sera nettement moins efficace et la photothérapie Colibri devra être remplacée.

Montage de la photothérapie

1 - Retirez les composants de la boîte

La boîte contient:

1. supporter
2. base
3. ensemble canopée



2 - Préparation de l'assemblage du supporter

1. Retirez l'étiquette de protection.
- 2-3. Dévissez lentement le bouton de réglage en hauteur.

 Tout en dévissant le bouton, sécurisez le pôle intérieur avec la main afin d'éviter un relâchement incontrôlé.


4. Retirez le bouton de réglage de la hauteur.



Montage de la photothérapie


3 - Assemblage de la base

1. Insérez le support dans la base.
2. Vissez 3 boulons dans le trou du filetage.
- 3-4. Connecter et sécuriser le connecteur CC.
5. Serrez les boulons à l'aide d'une clé (taille 13).



4 - Assemblage du support

1. Insérez la bague de support du support.
2. Vissez le bouton de réglage de la hauteur.



Montage de la photothérapie

5 - Ensemble du canopée

1. Retirez le support en plastique avec connecteur CC de l'intérieur du support.
2. Connectez-le avec le fil de l'ensemble du couvert.
- 3-4. Insérez le fil connecté dans le support et recouvrez-le du support en plastique.
5. Fixez le baldaquin au support et fixez-le avec des vis.



6 - Branchez et allumez

Le connecteur se branche à l'arrière de la base Colibri Photothérapie, puis directement dans la prise de courant murale.

- ⚠ Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et les connecteurs fournis par MTTTS.
- ⚠ Colibri Phototherapy ne doit être utilisé qu'avec les prises de courant équipées d'une broche de terre de protection.



Utiliser la photothérapie

Commencer et arrêter la thérapie

1. Branchez la photothérapie Colibri à la prise de courant. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «On / Off».



L'afficheur indique le «total d'appareils en heures». Cela sera affiché pendant 3 secondes.

2. Les lumières bleues de photothérapie commenceront maintenant à briller en MODE NORMAL.



L'affichage commencera à compter le «temps de traitement» en MODE NORMAL.
Cet exemple montre 1 minute de traitement NORMAL.

3. Le traitement de photothérapie continuera jusqu'à ce que le médecin décide que le traitement n'est plus nécessaire et que l'appareil peut être éteint en appuyant sur le bouton «On / Off».



Cet exemple montre 72 heures et 30 minutes de traitement STANDARD.



Cet exemple montre le message OFF.

Utiliser la photothérapie

Sélection du mode de traitement

Colibri Photothérapie peut être utilisé dans 2 modes:

- NORMAL: $\sim 33 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- INTENSIF: $\sim 57 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

1. Pour sélectionner le mode, appuyez sur le «bouton de mode de thérapie». La photothérapie Colibri commence par le MODE NORMAL une fois activé. En appuyant sur le "mode de thérapie" Button "le commutera en MODE INTENSIF.
MODE NORMAL est indiqué par la lettre «n» sur l'affichage («n» pour «normal»)
MODE INTENSIF est indiqué par la lettre «b» sur l'affichage («b» pour «boost»)



L'affichage indique le «nombre total d'heures de fonctionnement en MODE INTENSIF». Cela sera affiché pendant 3 secondes.

2. Les lumières bleues de photothérapie commenceront maintenant à briller en MODE INTENSIF.



L'affichage commencera à compter le «temps de traitement» en MODE INTENSIF.
Cet exemple montre 1 minute de traitement INTENSIF.

3. Le traitement de photothérapie se poursuivra jusqu'à ce que le médecin décide que le traitement n'est plus nécessaire et que vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton «On / Off». En appuyant sur le «bouton de mode de thérapie», l'appareil repasse en MODE NORMAL et redémarre le compteur de traitement.




Cet exemple montre 13 heures 20 minutes de traitement INTENSIF.

-  En cas de coupure de courant, lorsque le courant est rétabli, le périphérique revient au mode dans lequel il était avant l'interruption du pouvoir.

Utiliser la photothérapie

Réglage en hauteur

Colibri Photothérapie peut être déplacé de haut en bas afin de sélectionner la distance préférée entre la source de lumière et le patient. La hauteur de l'appareil est comprise entre 115 et 140 cm.



⚠ La distance recommandée entre la source de lumière et le patient est de 30 à 40 cm.

⚠ Soyez prudent lorsque vous ajustez la hauteur de la photothérapie Colibri

Information de sécurité

- ⚠ Faites preuve de prudence lorsque vous placez la Colibri Photothérapie autour du lit du bébé.
- ⚠ Verrouillez toujours les roues pivotantes de la Colibri Photothérapie avant de commencer le traitement.
- ⚠ En cas de coupure de courant, le patient doit rester sous son œil chaque fois qu'il est sous Colibri Photothérapie afin de protéger ses yeux en cas de coupure de courant.
- ✓ Couvrez toujours les yeux du patient avec un bouclier ou un patch chaque fois que ses yeux peuvent être exposés à la lumière Colibri Photothérapie. Vous voudrez peut-être périodiquement vous assurer que les yeux du patient sont protégés et qu'ils ne sont pas infectés.
- ✓ Les valeurs de bilirubine du patient doivent être mesurées régulièrement pendant le traitement de photothérapie.
- ✓ Pour évaluer avec précision la couleur de la peau du patient, éteignez la lumière lorsque vérifier l'état du patient.
- ✓ Surveillez régulièrement la température et l'état des liquides du patient.
- ✓ Colibri Photothérapie doit être éliminé séparément des déchets ménagers normaux afin que les composants puissent être recyclés.
- ⊘ Ne démontez aucune partie de la Colibri Photothérapie. Aucune pièce de l'appareil n'est conçue pour être réparée ou remplacée par le personnel de service. En cas de problème, contactez le représentant MTTTS le plus proche.
- ⊘ N'UTILISEZ PAS de cordons d'alimentation non standard avec Colibri Photothérapie. L'utilisation de cordons d'alimentation non standard peut endommager l'appareil.
- ⊘ NE placez PAS Colibri Photothérapie à la lumière directe du soleil.

Information de sécurité

-  Colibri Photothérapie ne doit être utilisé que par du personnel dûment formé et sous la direction d'un personnel médical qualifié connaissant les risques et les avantages connus de l'utilisation d'un équipement de photothérapie pour nourrisson.
-  Les patients adjacents à la Colibri Photothérapie peuvent nécessiter une protégé avec des écrans protecteurs ou une protection oculaire.
-  L'opérateur peut ressentir certains effets lors d'une exposition prolongée à la zone irradiée par la Colibri Photothérapie. *
-  La lumière bleue peut entraver les observations cliniques en masquant les changements de couleur de la peau, tels que la cyanose.
-  L'équilibre hydrique du nourrisson peut être influencé par la photothérapie. Il peut être nécessaire de prendre plus de repas régulièrement afin d'éviter la déshydratation.
-  La modification des conditions ambiantes (température ambiante et / ou différentes sources de rayonnement) peut nuire au patient. Reportez-vous à la politique et à la procédure de photothérapie de votre hôpital concernant les conditions ambiantes appropriées.
-  Les photoisomères de la bilirubine peuvent être toxiques.
-  N'utilisez pas Colibri Photothérapie s'il s'avère qu'une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si l'une des pièces semble endommagée. Contactez MTTs.
-  En cas de dysfonctionnement, NE PAS tenter de réparer cette machine. Colibri Photothérapie ne doit être réparé que par un technicien MTTs qualifié.
-  En raison des effets photo, les médicaments et les liquides pour perfusion ne doivent pas être stockés dans la zone de rayonnement.
-  Ne pas utiliser en présence de gaz potentiellement combustibles, y compris oxygène, oxyde nitreux ou autres anesthésiques.

* Les personnes sensibles peuvent avoir mal à la tête, des nausées ou un léger vertige si elles restent trop longtemps dans la zone éclairée. Utiliser Colibri Phototherapy dans une zone bien éclairée ou porter des lunettes aux lentilles jaunes peut atténuer les effets potentiels. Les lunettes Guard Dog Bones (réf. 413BB) sont recommandées et sont disponibles en ligne à l'adresse www.safetyglasses.com.

Nettoyage et désinfection

-  Si elle est visiblement sale, nettoyez les parties affectées avec du savon et de l'eau à l'aide d'un chiffon doux. Essuyez ensuite avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon doux. Pour les zones difficiles, utilisez une brosse à poils souples standard.
-  Pour déloger un sol lourd et sec, vous devez d'abord saturer la tache avec l'eau.
-  Lors du nettoyage de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

Mesure d'irradiance

Remarque: pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, surveillez régulièrement la Colibri Photothérapie de la manière suivante.

Instructions de mesure:


Pour tester l'éclairement énergétique de la Colibri Photothérapie, utilisez un photomètre spécialement conçu pour mesurer les longueurs d'onde de la photothérapie.

Un temps de stabilisation de 2 heures de fonctionnement continu est requis pour une précision mesure de l'irradiance..


Lors de la mesure de l'éclairement énergétique, calez le posemètre à 30-40 cm du haut des auvents pour obtenir l'éclairement énergétique présenté dans les images ci-dessous. Mesurer l'irradiance de la Colibri Photothérapie dans chacune des sections présentées dans les images ci-dessous.

Les lumières s'éteindront progressivement avec le temps, atteignant environ 70% de leur éclairement énergétique original après 60 000 heures d'utilisation du dispositif de Colibri Photothérapie. Après 60 000 heures d'utilisation, la source de lumière commencera à se dégrader rapidement. Il est recommandé de remplacer l'appareil après 60 000 heures d'utilisation. Si vous devez continuer à utiliser l'appareil après 60 000 heures d'utilisation, augmentez la fréquence à laquelle vous mesurez l'éclairement énergétique de l'appareil.

MODE NORMAL



MODE INTENSIF



Caractéristiques

Spécifications de performance

Source d'éclairage		DEL bleu haute puissance, fonctionnement standard de 1-1,25 W
Longueur d'onde maximale		445 - 465 nm (pic 455 nm)
Durée de la lampe		60 000 heures
Irradiance spectrale moyenne	Mode Normal	33.0 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
	Mode Intensif	57.6 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
Surface utile		50 cm x 30 cm
Ratio d'uniformité d'irradiance	Mode Normal	0.59 (IEC Conforme >0.4)
	Mode Intensif	0.58 (IEC Conforme >0.4)
Totalisateur de temps		Durée du traitement, nombre total d'heures d'appareil, nombre total d'heures d'appareil en mode intensif
Mesuré avec		Olympic Bili-Meter

Spécifications physiques

Principales caractéristiques		Pas de pièces mobiles Clôture conçue vers NEMA Type 5
Dimensions (LxLxP)	hauteur max	60 cm x 55 cm x 155 cm
Hauteur de la source de lumière	maximum	140 cm
	minimum	115 cm
Unité de masse totale		16 kg

Spécifications électriques

Caractéristiques de puissance		60W, 100-240VAC, 47/63Hz
Alimentation interne disponible dans le commerce		Part No. Sinpro MPU60A-105
		Approbatons internationales de sécurité médicale (ANSI/AAMI/EN 60601-1, UL/TUV)
		La construction de classe I est standard (mise à la terre requise)
		100k heures MTBF
		Conformité Energy Star niveau V
		Conforme RoHS 2
		Protection contre les surtensions / surintensités
		Service continu
Cordons d'alimentation	Amérique du Nord	(part 50-07302-01)
	C.E.	(part 50-07305-01)
	U.K.	(part 50-09273-01)

Caractéristiques

Spécifications environnementales

En fonctionnement	Température ambiante: +10°C to +35°C Humidité: 30% to 90% RH sans condensation Pression atmosphérique: 70-106kPa
Transport et stockage	Température ambiante: 0°C to +50°C Humidité: 5% to 90% RH sans condensation Pression atmosphérique: 70-106kPa
Les exclusions	N'existe

Normes de référence

93/42/EEC
2007/47/EC
EN ISO 13485:2016
EN ISO 14971:2012
EN ISO 15223-1:2016
EN1041:2008
EN 60601-1:2006 / A1:2013
EN 60601-1-2:2015
EN 60601-1-6:2010
IEC 60601-2-50:2009
MEDDEV 2.12-1 Rev. 8
ISO 2244:2000
MEDDEV. 2.7.1 Rev.4
MEDDEV. 2.12-2 Rev.2
ROHS 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Explication des symboles



Reportez-vous au manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.



Reportez-vous au manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.



Ne démontez l'appareil que si vous êtes un technicien formé par MTTs ou un technicien qualifié.



Un pansement oculaire doit toujours être placé sur le patient avant de commencer le traitement.



Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.



Cet appareil contient des pièces électroniques. Ne le jetez pas avec les déchets normaux. Éliminez-le conformément aux directives locales pour la mise au rebut de l'électronique. Éliminer conformément à la directive DEEE dans l'Union européenne.

IPX1

Protection contre les entrées de liquide - niveau 1 (gouttes d'eau).



Fabricant de l'appareil.



Date de fabrication.



Marquage CE avec numéro de corps notifié.



Numéro de série.



Nom et adresse du européen représentant autorisé.

Politique de garantie

Conditions générales

Cette garantie limitée de MTTS vous confère, en tant que client, les droits de garantie limités de MTTS, le fabricant, pour la durée spécifiée sur la carte de garantie. Veuillez consulter le site Web de MTTS pour une description détaillée de vos droits à la garantie limitée. En outre, vous pouvez également disposer d'autres droits légaux en vertu de la loi applicable ou d'un accord écrit spécial avec MTTS.

MTTS N'ÉMET AUCUNE AUTRE GARANTIE NI CONDITION EXPRESSE, ÉCRITE OU ORALE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON MENTIONNÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION LOCALE DES PAYS AUTRES QUE LE VIETNAM, MTTS DÉCLINE TOUTES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. POUR TOUTES LES TRANSACTIONS EFFECTUÉES AU VIETNAM, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE SUSMENTIONNÉE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE NI L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUR LES PRODUITS DE CONSOMMATION. DANS CES PAYS, CERTAINES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. POUR LES TRANSACTIONS AVEC LES CONSOMMATEURS, LES CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉES CONTENUES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION, SAUF DANS LA MESURE LÉGALEMENT AUTORISÉE, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS, NE MODIFIENT PAS, MAIS S'AJOUTENT AUX DROITS LÉGAUX OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DE CE PRODUIT.

Cette garantie limitée est applicable dans tous les pays et peut être appliquée dans tout pays ou région où MTTS ou ses prestataires de services agréés offrent un service de garantie pour le même numéro de modèle de produit (sous réserve des conditions énoncées dans cette garantie limitée).

En vertu de cette garantie limitée, les produits achetés dans un pays ou une région peuvent être transférés vers un autre pays ou une autre région où MTTS ou ses prestataires de services agréés offrent un service de garantie pour le même numéro de modèle. Les conditions de garantie, la disponibilité et les temps de réponse des services peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre. Le délai de réponse au service de garantie standard est sujet à modification en raison de la disponibilité des pièces sur place. Si tel est le cas, votre fournisseur de services agréé MTTS peut vous fournir des détails. MTTS ne modifiera pas la forme, l'adaptation ou la fonction de ce produit MTTS afin de le faire fonctionner dans un pays pour lequel il n'a jamais été conçu pour fonctionner pour des raisons légales ou réglementaires. MTTS n'est pas responsable des tarifs ou des droits pouvant être engendrés lors du transfert des produits.

MTTS garantit que le produit que vous avez acheté ou loué auprès de MTTS est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie limitée. La période de garantie limitée commence à la date d'achat ou de location auprès de MTTS ou à compter de la date d'installation de MTTS. Votre reçu de vente ou de livraison daté, indiquant la date d'achat du produit, constitue votre preuve de la date d'achat ou de location. Vous pouvez être amené à fournir une preuve, un achat ou une location pour pouvoir bénéficier du service de garantie. Vous avez droit à un service de garantie matérielle conformément aux conditions générales du présent document si une réparation de votre produit MTTS est requise pendant la période de garantie limitée.

Sauf indication contraire, et dans la mesure autorisée par la législation locale, les nouveaux produits MTTS peuvent être fabriqués à l'aide de nouveaux matériaux et de matériaux utilisés équivalents aux performances et à la fiabilité inédites. MTTS peut réparer ou remplacer les produits MTTS (a) avec des produits ou des pièces neuves ou précédemment utilisés, offrant des performances et une fiabilité équivalentes, ou (b) avec des produits équivalents à un produit original abandonné. Les pièces de rechange sont garanties exemptes de vices de matériau ou de fabrication pendant quatre-vingt-dix (90) jours ou, pour rappel de la période de garantie limitée, du produit MTTS qu'elles remplacent ou dans lequel elles sont installées, selon la durée la plus longue.

Politique de garantie

MTTS réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout composant ou produit présentant un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie limitée. Toutes les pièces détachées retirées en vertu de cette garantie limitée deviennent la propriété de MTTS. Dans le cas improbable où votre produit MTTS connaît des défaillances récurrentes, MTTS, à sa seule discrétion, peut choisir de vous fournir (a) une unité de remplacement sélectionnée par MTTS identique ou équivalente à votre produit MTTS; vous rembourser votre prix d'achat ou vos paiements de location (moins les intérêts) au lieu d'un remplacement. Ceci est votre recours exclusif pour les produits défectueux.

Les exclusions

MTTS NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR. MTTS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES RÉSULTANT DE VOTRE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DESTINÉES AU PRODUIT.

La présente garantie limitée ne s'applique pas aux pièces consommables ni consommables et ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été retiré, ni aux gaz endommagés ou rendus défectueux (a) à la suite d'un accident, d'une utilisation non conforme, de ou maintenance ou étalonnage inadéquats (si nécessaire) ou autres causes externes; (b) par une utilisation en dehors des paramètres d'utilisation indiqués dans la documentation utilisateur fournie avec le produit; (c) par logiciel, interface, pièces ou fournitures non fournis par MTTS; (d) une préparation ou un entretien inapproprié du site; (e) infection par le virus; (f) perte ou dommages en transit; ou (g) par modification ou service par toute personne autre que (i) le personnel de MTTS, (ii) un fournisseur de services agréé MTTS ou (iii) votre propre installation de pièces remplaçables approuvées par MTTS ou MTTS remplaçables par l'utilisateur final, si elles sont disponibles pour votre produit MTTS. dans le pays ou la région de service.

Limitation de responsabilité

SI VOTRE PRODUIT MTTS NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU, LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE MTTS AU TITRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AU MOINDRE DU PRIX QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT OU DES COÛTS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS MATÉRIELS QUI NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT. D'UTILISATION NORMALE.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ CI-DESSUS, EN AUCUN CAS, IL NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE PRODUIT OU DE SON EXÉCUTION DÉFECTUEUSE, Y COMPRIS DES PERTES DE BÉNÉFICES OU DES ÉCONOMIES RÉALISÉES OU DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. MTTS N'EST PAS RESPONSABLE DES RÉCLAMATIONS FAITES PAR UN TIERS OU FAITES PAR VOUS POUR UN TIERS.

CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S'APPLIQUE QUE DES DOMMAGES SOIENT DEMANDÉS, OU QUE DES RÉCLAMATIONS SOIENT FAITES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU EN TANT QUE RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE ET DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS), UNE RÉCLAMATION CONTRACTUELLE OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION. CETTE RESPONSABILITÉ DE LIMITATION NE PEUT ÊTRE ANNULÉE OU MODIFIÉE PAR AUCUNE PERSONNE. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ SERA EFFECTIVE MÊME SI VOUS AVEZ AVERTI LES MEMBRES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ NE S'APPLIQUERA TOUTEFOIS PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR PRÉJUDICE CORPOREL.

CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN PAYS À L'AUTRE. IL VOUS EST CONSEILLÉ DE CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS POUR CONNAÎTRE VOS DROITS.

Politique de garantie

Période de garantie limitée

La période de garantie limitée de ce produit MTTs correspond à une période fixe et spécifiée commençant à la date d'achat et spécifiée sur la carte de garantie. La date de votre facture est la date d'achat, à moins que MTTs ou votre revendeur ne vous informe autrement par écrit.

Responsabilités du client

Afin d'éviter tout risque de facturation pour des problèmes non couverts par votre garantie limitée (problèmes qui ne sont pas dus à des défauts de matériaux ou de fabrication sur le produit MTTs), il vous sera demandé d'aider MTTs comme suit:

- Vérifiez les configurations, chargez le dernier micrologiciel, installez les correctifs logiciels, exécutez les diagnostics et les utilitaires MTTs.
- Mettre en œuvre des procédures temporaires ou des solutions de contournement fournies par MTTs pendant que MTTs travaille sur une solution permanente;
- Collaborez avec MTTs pour tenter de résoudre le problème en utilisant une discussion en ligne, un courrier électronique ou un téléphone. Cela peut impliquer l'exécution de procédures de diagnostic de routine, l'installation de mises à jour logicielles ou de correctifs supplémentaires;
- Effectuer des tâches supplémentaires telles que définies dans chaque type de service de garantie fourni par MTTs et toute autre action que MTTs peut raisonnablement demander afin de fournir au mieux le support de la garantie.

LE CLIENT EST RESPONSABLE DE LA LIVRAISON DU PRODUIT (ET DE TOUS LES COÛTS IMPLIQUÉS) DE SON EMPLACEMENT AU POINT DE SERVICE AUTORISÉ MTTs.

Contactez MTTs

Si votre produit MTTs échoue pendant la période de garantie limitée et que les suggestions de la documentation produit ne résolvent pas le problème, vous pouvez obtenir une assistance en effectuant l'une des opérations suivantes:

- Recherchez et contactez le fournisseur de services MTTs le plus proche via le site Web de MTTs:
<http://www.mtts-asia.com/support/>
- Appeler le centre de support technique:
+84 43 766 6521

Avant d'appeler MTTs ou un fournisseur de services agréé par MTTs, veuillez à disposer des informations suivantes:

- Numéro de série du produit et nom du modèle
- Messages d'erreur applicables
- Questions détaillées



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
Maison n ° 26, ruelle 41, rue An Duong Vuong, district de Tay Ho, ville de Hanoi, Vietnam



Tel: +84 24 3766 6521
Fax: +84 24 3718 8050
Email: assistance@mtts-asia.com
www.mtts-asia.com

EC REP

PROMETEO SRL
Via Mantova 9
38122 Trento
Italie